



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Plzeň, Bendova 539/11, 301 00 Plzeň
tel. +420 377 223 766, fax. +420 377 326 077

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 25. červen 2021

List 1 z 1 listu

Zákazník: Tomáš Bařtipán
Dříteč 150
533 05 Dříteč

Měřidlo - druh: Váha s neautomatickou činností

výrobce: PRECIA MOLEN SERVICE

typ: XD_s10

výrobní číslo: 02F993078

specifikace: Max = 50 000 kg, Min = 400 kg, e = 20 kg, d = e

Vlastník měřidla: D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o.

*(je-li odlišný od
zákazníka)*

Vřesová 602
330 08 Zruč

Použité etalony: Závaží třídy F2, kalibrována ČMI OI Plzeň, kal. list č. 3051-KL-H0055-21
Závaží třídy M1, kalibrováno ČMI OI Plzeň, kal. list č. 3051-KL-H0066-21
Závaží třídy M1, kalibrována ČMI OI Jihlava, kal. list č. 6151-KL-H0361-20

Datum provedení: 9. červen 2021

Místo provedení: D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o., Vřesová 602, 330 08 Zruč

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel organizační jednotky:



Bc. Petr Egermaier

Ing. Zdeněk Koča



Pracoviště: Oblastní inspektorát Plzeň, Bendova 539/11, 301 00 Plzeň
tel. +420 377 223 766, fax. +420 377 326 077

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 25. červen 2021

List 1 z 1 listu

Zákazník: Tomáš Bařtipán
Dříteč 150
533 05 Dříteč

Měřidlo - druh: Váha s neautomatickou činností

výrobce: ZEMAN VÁHY s.r.o.

typ: 4T1215L

výrobní číslo: 150351045

specifikace: Max = 3 000 kg, Min = 20 kg, e = 1 kg, d = e

Vlastník měřidla: D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o.

*(je-li odlišný od
zákazníka)*

Vřesová 602
330 08 Zruč

Použité etalony: Závaží třídy F2, kalibrována ČMI OI Plzeň, kal. list č. 3051-KL-H0055-21
Závaží třídy M1, kalibrováno ČMI OI Plzeň, kal. list č. 3051-KL-H0066-21
Závaží třídy M1, kalibrována ČMI OI Jihlava, kal. list č. 6151-KL-H0361-20

Datum provedení: 9. červen 2021

Místo provedení: D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o., Vřesová 602, 330 08 Zruč

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel organizační jednotky:

Bc. Petr Egermaier



Ing. Zdeněk Koča